

质控报告

检测项目	N-羟乙酰神经氨酸 (Neu5Gc)	检测日期	2026. 4. 26
灵敏度	1. 25 ng/L	相关性	0. 9985
批间差	8. 4%	批内差	6. 2%
回收率	90. 6% (80%–115%)	特异性	98. 5% (大于 96%)
检测范围	5 ng/L – 350 ng/L		

