

质控报告

检测项目	25-羟基胆固醇（25-OHC）	检测日期	2026. 5. 13
灵敏度	0. 25 μ g/L	相关性	0. 9986
批间差	8. 6%	批内差	6. 4%
回收率	90. 3% (80%–115%)	特异性	98. 5% (大于 96%)
检测范围	1 μ g/L – 50 μ g/L		

